

PROCEDIMENTO

Acidente com Perfurocortante e Exposição a Material Biológico

PÚBLICO

Equipe

CATEGORIA

Estética

SEÇÕES

1

Conteúdo

Clinica de Estetica Avancada IzabellasPOP - Acidente com Perfurocortante e Exposicao a Material BiologicoCodigo: POP-BIO-003Versao: 2.0Emissao: 09/05/2026RT: Izabela Karoline de Lima SaadeBiomedica - CRBM 3250Revisao: anual ou quando houver alteracaoPagina: controle automatico no Word

Identificacao do estabelecimento

Razao SocialIzabellas Estetica Avancada LtdaNome FantasiaClinica de Estetica Avancada IzabellasCNPJ56.322.004/0001-40EnderecoRua Coronel Marcos Rovaris, 1503 - Centro - Icara/SCTelefone(48) 99127-3623E-mailizabellasesteticaavc@gmail.comResponsavel TecnicaIzabela Karoline de Lima SaadeConselhoBiomedica - CRBM 3250Funcionarios03 colaboradoresHorarioSegunda a sexta das 10h as 19h; sabado das 8h as 12hColetora RSSCOLIX Solucoes para Residuos

Controle documental

VersaoDataDescricao da revisaoElaborado porAprovado por1.010/03/2026Versao inicial da clinica.Izabela Karoline de Lima SaadeIzabela Karoline de Lima Saade2.009/05/2026Revisao tecnica para atendimento das exigencias sanitarias e padronizacao dos registros.Izabela Karoline de Lima SaadeIzabela Karoline de Lima Saade

1. Objetivo

Definir conduta imediata, registro, comunicacao, encaminhamento e prevencao em caso de acidente com agulhas, laminas, dermaroller, ampolas ou contato com sangue/secrecoes.

2. Campo de aplicacao

Todos os procedimentos que utilizem agulhas, seringas, dermaroller, lamina descartavel de bisturi, ampolas, injetaveis, PEIM, microagulhamento e fios de PDO.

3. Responsabilidades

1. RT orienta conduta, registra, acompanha encaminhamento e analisa causa.
2. Profissional acidentado comunica imediatamente e segue fluxo.
3. Equipe preserva seguranca do paciente e do ambiente.
4. Materiais, insumos e EPIs
 1. Agua e sabonete liquido.
 2. Antisseptico quando indicado apos lavagem.
 3. Ficha de acidente com perfurocortante.

4. Contato de unidade de saúde/referência para avaliação.
5. Caixa de perfurocortante disponível no local de uso.
5. Procedimento operacional
 1. Interromper o procedimento com segurança, preservando o paciente.
 2. Lavar imediatamente o local com água e sabonete. Não espremer, não cortar e não usar substâncias irritantes.
 3. Comunicar imediatamente a RT.
 4. Registrar horário, material envolvido, procedimento, parte do corpo atingida e circunstâncias.
 5. Avaliar necessidade de encaminhamento para serviço de saúde para conduta médica e exames, conforme protocolo local.
 6. Descartar corretamente o material envolvido.
 7. Investigar causa raiz e implantar ação corretiva.
 8. Registrar retorno/acompanhamento quando houver.
6. Registros obrigatórios
 1. Ficha de acidente com perfurocortante.
 2. Ficha de evento adverso/não conformidade.
 3. Lista de treinamento.
 4. Comprovante de encaminhamento quando houver.
 7. Não conformidades e ação corretiva
 1. Agulha reencapada: proibido; treinar imediatamente.
 2. Caixa Descarpac cheia acima do limite: interditar caixa, substituir e registrar.
 3. Ausência de ficha: preencher modelo padrão e arquivar.
 8. Anexos e formulários vinculados
 1. Ficha de acidente com perfurocortante.
 2. Fluxograma de conduta imediata.

Referências técnicas e sanitárias

RDC Anvisa n. 222/2018 - Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

RDC Anvisa n. 63/2011 - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

RDC Anvisa n. 36/2013 - Ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

RDC Anvisa n. 42/2010 - Disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos.

Nota Técnica Anvisa n. 01/2018 - Higienização das mãos em serviços de saúde.

RDC Anvisa n. 67/2007 - Boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, aplicável a rastreabilidade de manipulados recebidos de farmácia regular.

Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - Anvisa, quando aplicável.

Icara/SC, ____ de _____ de 2026.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP

POPs Izabellas

Versão: 1.0
Emissão: 03/07/2026

Izabela Karoline de Lima Saade

Biomedica - CRBM 3250

Responsavel Tecnica